

## Пробники к осциллографам



HVP-0230/ HVP-0250P

### Пробники к осциллографам HVP-0230/ HVP-0250P HODEN ELECTRONICS Co., Ltd.

- Полоса пропускания пробников 0...300/ 500 МГц
- Входное напряжение до 2,кВ
- Пассивный делитель, коэффициент деления 100:1
- Высокое быстродействие
- Корпус разъема изолирован на соответствие IEC/EN 61010-031:2015
- Длина кабеля 1,2 м

### Технические данные:

МОДЕЛЬ	КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (МГц)	ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ (нс)	ВХОД		ДИАПАЗОН КОМПЕНСАЦИИ (ПФ)	МАКС. ВХ. НАПРЯЖЕНИЕ (DC+ AC)
				R (МОм)	C (пФ)		
HVP-0230	100:1	300	1,2	100	5	8 ... 25	2 кВ
HVP-0250P	100:1	500	0,7	100	5	8 ... 25	2 кВ