

# Установки для проверки электрической безопасности



GPT-715004

**Установки комплексные для измерения параметров безопасности электрооборудования GPT-715001, GPT-715002, GPT-715003, GPT-715004  
GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.**

- Макс. функциональность «5 в 1»: AC/ DC/ IR/ GB/ GC (для **GPT-715004**)
- Выходная мощность 500 ВА, вых. усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности (КПД 90%) и надежности УПУ при тестировании
- Испытание переменным напряжением до 5 кВ, частота 50/60 Гц
- Высокое разрешение: 1 мкА - по току, 1 В – по напряжению
- Режим GC ( $I_{исп}100\text{mA}$ ): измерение сопротивления цепей безопасности (заземления), контроль целостности защитных проводников (Continuity)
- Испытание постоянным напряжением до 6 кВ (кроме **GPT-715001**)
- Измерение сопротивления изоляции (только **GPT-715003/ -715004 \***)
- Измерение R низкоомных цепей током до 32A, разреш. 0,1 мОм (**GPT-715004**)
- Установка ВВ напряжения при отключенной нагрузке, регулировка  $U_{исп}$  в ходе теста, МК-процессорное управление, высокая стабильность  $U_{исп}$
- Испытания емкостной нагрузки (до 47 мкФ)
- Режимы запуска испытаний: «Ручной»/ «Авто», функция качания Sweep (график/ таблица), статистическая обработка результатов
- Тест по таймеру (заданное время - «Нарастание»/ «Спад»)
- Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста)
- Разъем «I/O» на передней панели для подключения аналоговых цепей удаленного управления (пуск, остановка, результат теста)
- Дублирование функционального выхода на задней панели
- Испытания с подключением установки к «земле» или изолирования от точки общего потенциала (GND – On/ Off)
- Память: 100 ячеек для записи профилей (10 блоков)
- Графический цветной TFT дисплей (диаг. 18 см)
- Интерфейс: RS-232, USB (2), опция LAN
- Тест в соответствии с требованиями МЭК 61010-2-034

## Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ИСПЫТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ ACW	<b>Испытательное напряжение</b> <b>Погрешность установки</b> <b>Разрешение</b> <b>Диапазон установки тока</b> <b>Погрешность установки</b> <b>Макс. разрешение</b> <b>Макс. выходная мощность</b> <b>Форма напряжения <math>U_{исп}</math></b>	0,05 кВ...5 кВ; частота 50/ 60 Гц (выбирается) $\pm (1 \% + 5 \text{ В})$ , для $U_{исп} \geq 50 \text{ В}$ (без нагрузки) 1 В 0,001 мА...100 мА (для $U_{исп} \leq 5 \text{ кВ}$ ); 0,001 мА...10 мА (для $U_{исп} \leq 0,5 \text{ кВ}$ ) $\pm (1 \% + 30 \text{ мкА})$ 1 мкА/ 10 мкА / 100 мкА 500 ВА (5 кВ/ 100 мА) Синусоидальная (50/ 60 Гц – выбирается)
ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ DCW (КРОМЕ GPT-715001)	<b>Испытательное напряжение</b> <b>Погрешность установки</b> <b>Разрешение</b> <b>Диапазон установки тока</b> <b>Макс. разрешение</b> <b>Погрешность установки</b> <b>Макс. выходная мощность</b>	0,05 кВ...6 кВ $\pm (1 \% + 5 \text{ В})$ , для $U_{исп} \geq 50 \text{ В}$ (без нагрузки) 1 В 0,001 мА...20 мА 0,1 мкА/ 1мкА/ 10 мкА $\pm (1,5 \% + 3 \text{ мкА})$ для $I < 1 \text{ мА}$ , $\pm (1,5 \% + 30 \text{ мкА})$ для $I \geq 1 \text{ мА}$ 100 Вт (5 кВ/ 20 мА)
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ IR (GPT-715003/ -715004)	<b>Тестовое напряжение</b> <b>Погрешность установки</b> <b>Диапазон измерений</b> <b>Погрешность измерения</b>	50 ...1200 В, постоянное (разрешение 50 В) * $\pm (1 \% + 5 \text{ В})$ 0,1 МОм...50 ГОм $\pm 5 \%$ (базовая)
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НИЗКООМНЫХ ЦЕПЕЙ GB (GPT-715004)	<b>Тестовое напряжение</b> <b>Тестовый ток</b> <b>Разрешение</b> <b>Диапазон измерений</b> <b>Разрешение</b> <b>Погрешность измерений</b>	$\sim 8 \text{ В}$ макс (XX), частота 50/60 Гц (4-х пр. схема) 3 А...32 А 0,01 А 1МОм...650 мОм 0,1 мОм $\pm (1 \% + 2 \text{ мОм})$
ЦЕЛОСТНОСТЬ ЦЕПИ (GC)	<b>Тестовый ток</b> <b>Диапазон измерений сопротивления</b> <b>Погрешность измерения</b>	100 мА 0,1 Ом ... 70 Ом $\pm(10\% + 2 \text{ Ом})$
ДЕТЕКТОР ТОКОВ УТЕЧКИ (ARC DETECT)	<b>Диапазон установки</b>	1...200 мА ACW 1...40 мА DCW
ОБЩИЕ ДАННЫЕ (ACW/ DCW/ IR/ GB)	<b>Время испытания (таймер)</b> <b>Погрешность установки</b>	0,1...999,9 с (Нараст/ Спад) или непрерывно (Off) $\pm 1 \cdot 10^{-4} + 20 \text{ мс}$

<b>Задержка запуска</b>	0,0...999,9 с
<b>Дисплей</b>	Цветной графический TFT- дисплей (18 см)
<b>Память</b>	100 ячеек (запись/вызов - 10 профилей теста)
<b>Напряжение питания</b>	~100В...240В ± 10%, 50 / 60 Гц
<b>Интерфейс</b>	RS-232, USB (2 host/ device), I/O – аналоговое управление
<b>Потребляемая мощность</b>	не более 1000 ВА
<b>Габаритные размеры, мм</b>	GPT-715001/ 715002/ 715003: 380 x 148 x 492 GPT-715004: 380 x 148 x 492
<b>Масса, кг</b>	GPT-715001/ 715002/ 715003: 17 GPT-715004: 21
<b>Комплект поставки</b>	Комплект измерительных проводов (1- GHT-115), измерительный кабель для режима GB (1- GTL-215, для GPT-715004), соединительный кабель для терминала ДУ/ Remote (1-GHT-119), шнур питания (1).
<b>Опции</b>	модуль интерфейса LAN (сменная карта), высоковольтный 2-х пр. пробник-щуп (1 к-т GHT-205), высоковольтные изм. провода 2м типа «пистолет» с выдвижным электродом (1 к-т - GHT-113).

\*-примечание: В новых версиях FW установка GPT-715000-серии в режиме измерения изоляции (IR) поддерживает диапазон U исп 0,05...5 кВ (с шагом 50В). Для номиналов U исп 1200В... 5000В погрешность измерений составит ± 5%.... ± 15% (в OT - не нормировано!).

#### Сопоставление функциональности с предыдущими сериями (варианты замен):

МОДЕЛЬ	РВЫХ	Испытание перв. напряжением (ACW)	Испытание пост. напряжением (DCW)	Измерение R изоляции (IR)	Измерение R низкоомных цепей (GB)	Целостность цепи (GC)	Заменяемые модели	Ранее выпущенные модели
<b>GPT-715001*</b>	500 ВА	V				V	<b>GPT-79901</b>	GPT-805
<b>GPT-715002*</b>	500 ВА	V	V			V	<b>GPT-79902</b>	GPT-815
<b>GPT-715003*</b>	500 ВА	V	V	V		V	<b>GPT-79903</b>	GPI-825
<b>GPT-715004*</b>	500 ВА	V	V	V	V	V	<b>GPT-79904</b>	

\*- Дополнительно встроен режим **GC** (Ground Check) - измерение сопротивления низкоомных цепей/ тест целостности током 100 мА.

Модели серии **GPT-715000** оснащены новой уникальной функцией развертки (**sweep**), которая отображает диаграмму кривой результатов испытаний исследуемого объекта (ИУ). Ведется поточенная запись (шаг за шагом) результатов измерений по итогам приложенного напряжения / тока и соответствующих настроек установки (например, начальное U исп, время нарастания, продолжительность теста или время спада). После завершения теста, пользователи могут узнать количество приложенной энергии (напряжение / ток в конкретный момент теста) и результаты измерения, перемещая по графику курсор, т таким образом помогая оператору понять изменения и взаимозависимость измеренных параметров в ходе испытания (ток или сопротивление). Функция также может использоваться для локализации критических точек - провалов теста исследуемых объектов (пробоя). Ресурсы статистической обработки результатов измерений (**Statistics Function**) позволяют сразу оценить полученные данные для прогнозных оценок с целью повышения достоверности интерпретации итогов испытаний.

Особенность серии заключается в поддержке испытаний емкостной нагрузки (до **47 мкФ**). Это позволяет применять установки для тестирования ИУ с большой входной емкостью - импульсные источники питания, изделия бытовой техники и др. электронные устройства, использующие в выходных цепях сглаживающие фильтры для подавления НЧ шумов и пульсаций. Значение емкости в цепи зависит от конструкции конкретного ИУ. Как правило, представленные в настоящее время на рынке СИ тестеры электробезопасности (УПУ-5М и др.) имеют диапазон значений макс. ёмкости ИУ не более **5- 20 мкФ** (реж. Авто/ Ручной). В случае тестирования ИУ с емкостной компонентой в цепи измерений (режим испытания на пробой постоянным напряжением/ DCW) для корректности испытания необходимо учитывать первоначальный заряд конденсаторов в момент запуска теста. Процесс заряда в момент подачи нарастающего напряжения теста (даже при емкости ~1 мкФ) будет занимать дополнительное время, и в некоторых случаях длительность может превысить предел установки таймера ( $\geq 999\text{с}$ ). Если заряд не будет завершен, то это повлияет на результат испытаний. Учитывая это (и в порядке обратной связи от пользователей) разработчики в моделях новой серии **GPT-715000** модернизировали выходные каскады и увеличили диапазон максимальной ёмкости в ИУ до 47 мкФ.

Ещё одной новацией реализованной в серии **GPT-715000** стала возможность установки времени задержки на следующий запуск испытаний (**Wait time**). Эта функция позволяет задавать временной интервал от старта испытаний до индикации в установке GPT информации об итогах теста. По умолчанию сообщение «Негоден»/ **FAIL** появляется через типовое контрольное время 0,3 секунды, однако для некоторых категорий ИУ может потребоваться больше времени для получения окончательного итога (с более стабильным результатом). Данная функция позволяет пользователю при необходимости самостоятельно регулировать этот параметр, чтобы учитывать конкретные испытательные приложения или специфику тестовой ситуации.