

Пробники к осциллографам

Пробники к осциллографам HVP-0430/ HVP-0450 HODEN ELECTRONICS Co., Ltd.



HVP-0430/ HVP-0450

- Полоса пропускания пробников 0...500 МГц
- Входное напряжение до 4 кВ
- Пассивный делитель, коэффициент деления 100:1
- Высокое быстродействие
- Корпус разъема изолирован на соответствие IEC/EN 61010-031:2015
- Длина кабеля 1,2 м

Технические данные:

МОДЕЛЬ	КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (МГц)	ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ (нс)	ВХОД		ДИАПАЗОН КОМПЕНСАЦИИ (ПФ)	МАКС. ВХ. НАПРЯЖЕНИЕ (DC+ AC)
				R (МОм)	C (пФ)		
HVP-0430	100:1	300	1,2	100	5	8 ... 25	4 кВ
HVP-0450	100:1	500	0,7	100	5	8 ... 25	4 кВ